KIMA meus VACUTEST kima

Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT **B193360 Piastre/Plates Columbia CNA Modificato + *5% S. mont. (Sheep blood)***

SCADENZA / EXP. DATE **26/04/16** LOTTO/LOT **2816205511**

Data di produzione giovedì 11/02/16

Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C(± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C(± 2°C) for 3 days:	Test di sterilità a 37°C(± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 37°C(± 2°C) for 3 days:
	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	*Assenza di crescita microbica / No microbial growth*
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C :	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	*Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance*

Procedure secondo indicazioni/As per directives:
European Pharmacopoeia (EP)
United States USP
CLSI M22-A3
UNI EN ISO 11133

Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	**Attese / Expected**	**Osservate / Observed**
Trasparenza /Transparency	opalino / opalescent	Opalino / Opaque
Colore / Colour	rosso vivo / red	rosso vivo / red
pH (20-25°C)	7,3 ± 0,2	7,38

Microorganismi testati / Tested **Metodo di semina e incubazione / Inoculation method and incubation** **Sospensione d'inoculo/ Inoculum level**		**Risultati attesi** **Expected results**	**Risultati osservati** **Observed results**	P_R or S_F
Streptococcus pyogenes 10-10² UFC*	ATCC 19615	Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis P_R (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis P_R (Productivity Ratio) >0,7	0,86
Streptococcus pneumoniae 10-10² UFC*	ATCC 6305	Crescita, α emolisi / Growth, α hemolysis P_R (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, α emolisi / Growth, α hemolysis P_R (Productivity Ratio) >0,7	0,92
Streptococcus agalactiae 10-10² UFC*	ATCC 12386	Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis P_R (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis P_R (Productivity Ratio) >0,7	0,93
Staphylococcus aureus 10-10² UFC*	ATCC 25923	Crescita ± emolisi / Growth ± hemolysis P_R (Productivity Ratio) >0,7	Crescita ± emolisi / Growth ± hemolysis P_R (Productivity Ratio) >0,7	0,94
Enterococcus faecalis 10-10² UFC*	ATCC 29212	Crescita senza emolisi / Growth w/o hemolysis P_R (Productivity Ratio) >0,7	Crescita senza emolisi / Growth w/o hemolysis P_R (Productivity Ratio) >0,7	0,93
Escherichia coli 10⁴-10⁵ UFC*	ATCC 25922	Inibizione totale / Total inhibition	Inibizione totale / Total inhibition	-

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione in CO_2 10% a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and CO2 10% incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 16324
Data controllo / Control date 15/02/16

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically

MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it