



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT  
PRODOTTO

**B1928077 Piastre/Plates CHROMagar™ Orientation**

SCADENZA / EXP. DATE **21/04/2016**

LOTTO/LOT **2815111323**

Data di produzione **lunedì 23/11/15**

Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 10 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 10 days.	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 72 h / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 72 h.
	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C.	Conservazione nella confezione d'imbaltio per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C.
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	
	Trasparenza / Transparency	Lievemente opalescente / Slightly opalescent
	Colore / Colour	giallo chiaro / light yellow
	pH (20-25°C)	7,0 ± 0,2
<b>Microorganismi testati / Tested</b>		
<b>Metodo di semina / Inoculation method</b>		
<b>Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>		
<i>Escherichia coli</i> * 10 <sup>-10</sup> ² UFC	ATCC 25922	Colonia rosa con centro + scuro/ pink colonies with dark rose centre P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Klebsiella pneumoniae</i> * 10 <sup>-10</sup> ² UFC	ATCC 18883	Crescita, colonie blu mucose/ Growth, dark blue, mucous colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Proteus mirabilis</i> * 10 <sup>-10</sup> ² UFC	ATCC 13315	Crescita no sciamaggio, col. ambra/ Growth w/o invasion, amber col. PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10 <sup>-10</sup> ² UFC	ATCC 29212	Crescita, colonie turchesi/ Growth, turquoise colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 <sup>-10</sup> ² UFC	ATCC 25923	Crescita, colonie crema opache/ Growth, opaque cream colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus epidermidis</i> * 10 <sup>-10</sup> ² UFC	ATCC 12228	Colonie piccole rosa opache/ Small opaque pink colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10 <sup>-10</sup> ² UFC	ATCC 25922	Colonie pigmentate giallo-verdi/ Pigmented yellow-green colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
		<b>Risultati osservati</b> Observed results
		0,92
		0,96
		0,96
		0,97
		0,88
		0,93
		0,99

Test n. **A5806**

Data controllo

Control date **27/11/15**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: [meus@lecommeus.it](mailto:meus@lecommeus.it)