



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT

PRODOTTO **B1928077 Piastre/Plates CHROMagar™ Orientation**

SCADENZA / EXP. DATE **03/12/2015**

LOTTO/LOT **2815701506**

Data di produzione **lunedì 06/07/15**

Test di sterilità / Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 10 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 10 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 72 h / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 72 h:
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:
Procedure secondo indicazioni/As per directives:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
European Pharmacopoeia (EP)	Caratteristiche fisiche / Physical characteristics		
United States USP	Trasparenza / Transparency	Lievemente opalescente / Slightly opalescent	Lievemente opalescente / Slightly opalescent
CLSI M22-A?	Colore / Colour	giallo chiaro / light yellow	giallo chiaro / light yellow
UNI EN ISO 11133-1	pH (20-25°C)	7,0 ± 0,2	7,03
ISO/TS 11133-2	Microorganismi testati / Tested	Risultati attesi / Expected results	Risultati osservati / Observed results
	Microorganisms	Expected results	Observed results
	Metodo di semina / Inoculation method		
	Sospensione d'inoculo/ Inoculum level		
	<i>Escherichia coli</i> * 10 ⁻¹⁰ ² UFC	Colonie rosa con centro + scuro/ pink colonies with dark rose centre P _R (Productivity Ratio) >0,7	Colonie rosa con centro + scuro/ pink colonies with dark rose centre P _R (Productivity Ratio) >0,7
	<i>Klebsiella pneumoniae</i> * 10 ⁻¹⁰ ² UFC	Crescita, colonie blu mucose/ Growth, dark blue, mucous colonies P _R (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, colonie blu mucose/ Growth, dark blue, mucous colonies P _R (Productivity Ratio) >0,7
	<i>Proteus mirabilis</i> * 10 ⁻¹⁰ ² UFC	Crescita no sciamaggio, col. ambr./ Growth w/o invasion, amber col. PR (Productivity Ratio) >0,7	Crescita no sciamaggio, col. ambr./ Growth w/o invasion, amber col. PR (Productivity Ratio) >0,7
	<i>Enterococcus faecalis</i> * 10 ⁻¹⁰ ² UFC	Crescita, colonie turchesi/ Growth, turquoise colonies P _R (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, colonie turchesi/ Growth, turquoise colonies P _R (Productivity Ratio) >0,7
	<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 ⁻¹⁰ ² UFC	Crescita, colonie crema opache/ Growth, opaque cream colonies P _R (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, colonie crema opache/ Growth, opaque cream colonies P _R (Productivity Ratio) >0,7
	<i>Staphylococcus epidermidis</i> * 10 ⁻¹⁰ ² UFC	Colonie piccole rosa opache/ Small opaque pink colonies P _R (Productivity Ratio) >0,7	Colonie piccole rosa opache/ Small opaque pink colonies P _R (Productivity Ratio) >0,7
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10 ⁻¹⁰ ² UFC	Colonie pigmentate giallo-verdi/ Pigmented yellow-green colonies P _R (Productivity Ratio) >0,7	Colonie pigmentate giallo-verdi/ Pigmented yellow-green colonies P _R (Productivity Ratio) >0,7

Test n. **A4432**

Data controllo

Control date **10/07/15**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecmus.it