



## Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT  
PRODOTTO

**B1928077 Piastre/Plates CHROMagar™ Orientation**

SCADENZA / EXP. DATE **14/03/2020**

LOTTO/LOT **2819011516**

Data di produzione mercoledì 16/10/2019

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>Test di sterilità</b><br/>Sterility control</p>  | <p>Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 10 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 10 days.</p>  | <p>Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 72 h / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 72 h.</p>   |
| <p><b>Test di shock termico / Shock termic test</b></p>  | <p>Assenza di crescita microbica / No microbial growth</p>  | <p>Assenza di crescita microbica / No microbial growth</p>   |
| <p>Procedure secondo indicazioni/As per directives:<br/>European Pharmacopoeia (EP)<br/>United States USP<br/>CLSI M22-A3<br/>UNI EN ISO 11133</p> | <p>Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C.<br/>Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance</p> | <p>Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C.<br/>Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance</p> |
| <p><b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b></p>   | <p>Trasparenza / Transparency<br/>Colore / Colour<br/>pH (20-25°C)</p>  | <p><b>Attese / Expected</b><br/>trasparente / transparent<br/>giallo chiaro / light yellow<br/>7,0 ± 0,2</p>   |
| <p><b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b></p>   | <p><b>Metodo di semina / Inoculation method</b></p>   | <p><b>Ossevate / Observed</b></p>  |
| <p><b>Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b></p>  | <p>ATCC 25922<br/>ATCC 18883<br/>ATCC 13315<br/>ATCC 29212<br/>ATCC 25923<br/>ATCC 12228<br/>ATCC 25922</p>   | <p><b>Risultati osservati</b><br/>Observed results</p>   |
| <p><i>Escherichia coli</i>* 10-102UFC</p>  | <p>Colonia rosa con centro + scuro/ pink colonies with dark rose centre<br/>PR (Productivity Ratio) &gt;0,7</p>   | <p>Colonia rosa con centro + scuro/ pink colonies with dark rose centre<br/>PR (Productivity Ratio) &gt;0,7</p>  |
| <p><i>Klebsiella pneumoniae</i>* 10-102UFC</p>   | <p>Crescita, colonie blu mucose/ Growth, dark blue, mucous colonies<br/>PR (Productivity Ratio) &gt;0,7</p>   | <p>Crescita, colonie blu mucose/ Growth, dark blue, mucous colonies<br/>PR (Productivity Ratio) &gt;0,7</p>  |
| <p><i>Proteus mirabilis</i>* 10-102UFC</p>   | <p>Crescita no sciamaggio, col. ambra/ Growth w/o invasion, amber col.<br/>PR (Productivity Ratio) &gt;0,7</p>  | <p>Crescita no sciamaggio, col. ambra/ Growth w/o invasion, amber col.<br/>PR (Productivity Ratio) &gt;0,7</p>   |
| <p><i>Enterococcus faecalis</i>* 10-102UFC</p>   | <p>Crescita, colonie turchese/ Growth, turquoise colonies<br/>PR (Productivity Ratio) &gt;0,7</p>   | <p>Crescita, colonie turchese/ Growth, turquoise colonies<br/>PR (Productivity Ratio) &gt;0,7</p>  |
| <p><i>Staphylococcus aureus</i>* 10-102UFC</p>   | <p>Crescita, colonia crema opache/ Growth, opaque cream colonies<br/>PR (Productivity Ratio) &gt;0,7</p>  | <p>Crescita, colonia crema opache/ Growth, opaque cream colonies<br/>PR (Productivity Ratio) &gt;0,7</p>   |
| <p><i>Staphylococcus epidermidis</i>* 10-102UFC</p>  | <p>Colonia piccole rosa opache/ Small opaque pink colonies<br/>PR (Productivity Ratio) &gt;0,7</p>  | <p>Colonia piccole rosa opache/ Small opaque pink colonies<br/>PR (Productivity Ratio) &gt;0,7</p>   |
| <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i>* 10-102UFC</p>  | <p>Colonia pigmentata giallo-verdi/ Pigmented yellow-green colonies<br/>PR (Productivity Ratio) &gt;0,7</p>   | <p>Colonia pigmentata giallo-verdi/ Pigmented yellow-green colonies<br/>PR (Productivity Ratio) &gt;0,7</p>  |

\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 186220

Data controllo 21/10/2019  
Control date

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dot. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it