




PRODUCT
PRODOTTO



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

B193272 Piastre/Plates 1) C.L.E.D. Agar

2) Mac Conkey agar



SCADENZA/EXP. DATE **22/08/16**

LOTTO / LOT **2816301215**

Data di produzione **martedì 15/03/16**

Test di sterilità / Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: <i>Assenza di crescita microbica / No microbial growth</i>	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days: <i>Assenza di crescita microbica / No microbial growth</i>
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C; <i>Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance</i>	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C; <i>Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance</i>
C.L.E.D. agar		
Caratteristiche fisiche/Physical characteristics	Mac Conkey agar	
Trasparenza/Transparency	Attese Expected	Attese/Expected
Colore/Colour	Liev. opalescente / Slightly opalescent verde-blu / green-blue	Liev. opalescente / Slightly opalescent violetta / violet-red
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	7,1 ± 0,2
Microorganismi testati / Tested Microorganisms Sospensione d'inoculo/Inoculum level	Risultati attesi / Expected results	
<i>Escherichia coli</i> * 10-102UFC	Colone grandi gialli con alone / Big yellow colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colone rosa con centro scuro / Pink colonies with dark rose centre / PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterobacter aerogens</i> * 10-102UFC	Col. grandi mucose giallo-oro con alone / Big mucous gold colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colone rosa-rosso mucose ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo / PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Proteus mirabilis</i> * 10-102UFC	Crescita senza schiumaggio, col. trasparenti blu/Growth without foam, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	Crescita senza schiumaggio, col. insolubili/Growth without foam, insoluble col. / PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus aureus</i> *** 10-102UFC	Crescita col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. / PR (Productivity Ratio) >0,7	Inibizione totale / Total inhibition
<i>Enterococcus faecalis</i> *** 10-102UFC	Crescita, colone piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	Inibizione totale / Total inhibition

Procedure secondo Indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.
* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 16704
Data controllo / Control date 19/03/16

Il responsabile del controllo / Quality control responsible
Dott. DANIELE EDOE

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it