

Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT
 PRODOTTO **B193272 Piastre/Plates 1) C.L.E.D. Agar**

2) Mac Conkey agar

SCADENZA/EXP. DATE **21/02/17** LOTTO / LOT **2816901114**

Data di produzione

mercoledì 14/09/16

Test di sterilità Sterility control	Testi di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days.	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days.
Test di shock termico / Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C.	Conservazione nella confezione d'imbollo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C.	Conservazione nella confezione d'imbollo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C.
Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

C.L.E.D. agar		Mac Conkey agar	
Caratteristiche fisiche/Physical characteristics	Attese/Expected	Attese/Expected	Ossevate/Observed
Trasparenza/Transparency	Liev. opalescente / Slightly opalescent	Liev. opalescente / Slightly opalescent	Liev. opalescente / Slightly opalescent
Colore/Colour	verde-blu / green-blue	verde-blu / green-blue	verde-blu / green-blue
pH a temp. ambiente/room temperature	7,3 ± 0,2	7,1 ± 0,2	7,02
Organismi testati / Tested Microorganisms	Risultati attesi / Expected results	Risultati attesi / Expected results	Obtenuti / Obtained
<i>Escherichia coli</i> 10-102UFC	Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonie rosa con centro + alone / Pink colonies with dark rose center / PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Bacter aerogens</i> 10-102UFC	Col. grandi rosse gialle con alone / Big whitish pink colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7	Col. grandi mucose gialle con alone / Big mucous pink colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonie rosa con centro + alone / Pink colonies with dark rose center / PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus aureus</i> 10-102UFC	Colonie senza sviluppo, col. incolore / No growth with no color / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonie senza sviluppo, col. incolore / No growth with no color / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonie senza sviluppo, col. incolore / No growth with no color / PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterococcus faecalis</i> 10-102UFC	Colonie, col. piccole opache giallo-oro / Small opaque golden col. / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonie, col. piccole opache giallo-oro / Small opaque golden col. / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonie, col. piccole opache giallo-oro / Small opaque golden col. / PR (Productivity Ratio) >0,7
	Colonie, colore giallo-oro / Small yellow colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonie, colore giallo-oro / Small yellow colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonie, colore giallo-oro / Small yellow colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7

procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

Incolubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 162501

Data controllo / Control date 19/09/16

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
 EDIS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnameus.it

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE EDOE

