



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT / PRODOTTO **B193272 Piastre/Plates 1) C.L.E.D. Agar**

2) **Mac Conkey agar**

SCADENZA / EXP. DATE **31/10/2017**

LOTTO / LOT **2817501324**

Data di produzione **mercoledì 24/05/2017**

Test di sterilità / Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:
Assenza di crescita microbica / No microbial growth		Assenza di crescita microbica / No microbial growth
nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		
<b>C.L.E.D. agar</b>		
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Attese Expected	Attese/Expected
Trasparenza / Transparency	Liev. opalescente / Slightly opalescent	Liev. opalescente / Slightly opalescent
Colore / Colour	verde-blu / green-blue	verde-blu / green-blue
pH a temp. ambiente / at room temperature	7,3 ± 0,2	7,3 ± 0,2
<b>Mac Conkey agar</b>		
Microorganismi testati / Tested Microorganisms	Attese Expected	Attese/Expected
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Liev. opalescente / Slightly opalescent	Liev. opalescente / Slightly opalescent
<i>Escherichia coli</i> * 10-102UFC	Colonia grandi galles con alone / Big yellow colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonia rose centre / scuro / Pink colonies with dark rose centre / PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterobacter aerogens</i> * 10-102UFC	Col. grandi mucose gialle-oro con alone / Big mucous gold colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonia rosa-rosso mucosa ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo / PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Proteus mirabilis</i> * 10-102UFC	Crescita senza sciamaggio, col. trasparente blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	Crescita senza sciamaggio, col. incolore / Growth w/o invasion, colorless col. / PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus aureus</i> *** 10-102UFC	Crescita col. piccole opache gialle-oro / Growth, small opaque golden col. / PR (Productivity Ratio) >0,7	Inibizione totale / Total inhibition
<i>Enterococcus faecalis</i> *** 10-102UFC	Crescita, colonie piccole giallo opache / Growth, small starry yellow colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	Inibizione totale / Total inhibition
<b>Risultati attesi / Expected results</b>		
<b>Obtenuti / Obtained</b>		
<b>7,1 ± 0,2</b>		
<b>7,20</b>		

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

\* Incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 171662

Data controllo / Control date 29/05/2017

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE EDOAI

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tccnomeus.it