



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT PRODOTTO **B193272 Piastre/Plates 1) C.L.E.D. Agar**

2) **Mac Conkey agar**

SCADENZA / EXP. DATE **24/12/2017**

LOTTO / LOT **2817703117**

Data di produzione **lunedì 17/07/2017**

| | | |
|---|--|--|
| Test di sterilità / Sterility control | Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: | Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days: |
| Test di shock termico / Shock termic test | Assenza di crescita microbica / No microbial growth | Assenza di crescita microbica / No microbial growth |
| Caratteristiche fisiche / Physical characteristics | Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C : | Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C. |
| | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance |
| C.L.E.D. agar | | |
| Caratteristiche fisiche / Physical characteristics | Attese Expected | Osservate/Observed |
| Trasparenza / Transparency | Liev. opalescente / Slightly opalescent | Liev. opalescente / Slightly opalescent |
| Colore / Colour | verde-blu / green-blue | verde-blu / green-blue |
| pH a temp. ambiente / at room temperature | 7,3 ± 0,2 | 7,27 |
| Mac Conkey agar | | |
| Caratteristiche fisiche / Physical characteristics | Attese/Expected | Osservate/Observed |
| Trasparenza / Transparency | Liev. opalescente / Slightly opalescent | Liev. opalescente / Slightly opalescent |
| Colore / Colour | vinaccia / violet-red | vinaccia / violet-red |
| pH a temp. ambiente / at room temperature | 7,1 ± 0,2 | 7,06 |
| Microorganismi testati / Tested Microorganisms | | |
| Sospensione d'inoculo/ Inoculum level | | |
| Escherichia coli* 10-102UFC | ATCC 25922 | Colonia rosa con centro + scuro / Pink colonies with dark rose centre / PR (Productivity Ratio) >0,7 |
| Enterobacter aerogens* 10-102UFC | ATCC 13048 | Colonia rosa-rosa mucosa ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo / PR (Productivity Ratio) >0,7 |
| Proteus mirabilis* 10-102UFC | ATCC 12453 | Crescita senza sciamaggio, col. incolore / Growth w/o invasion, colorless col. / PR (Productivity Ratio) >0,7 |
| Staphylococcus aureus*** 10-102UFC | ATCC 25923 | Inibizione totale / Total inhibition |
| Enterococcus faecalis*** 10-102UFC | ATCC 29212 | Inibizione totale / Total inhibition |

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

* incubazione a 37 °C per 24 ore / * incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 172175

Data controllo / Control date 21/07/2017

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE EDOAL

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically

MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it