



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT PRODOTTO **B193272 Piastre/Plates 1) C.L.E.D. Agar**

2) **Mac Conkey agar**

SCADENZA / EXP. DATE **28/08/2018**

LOTTO / LOT **2818301321**

Data di produzione **mercoledì 21/03/2018**

Test di sterilità / Sterility control		Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
Test di shock termico / Shock termic test		Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
Caratteristiche fisiche/Physical characteristics		Nessuna variazione dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Trasparenza/Transparency		Liev. opalescente / Slightly opalescent	
Colore/Colour		verde-blu / green-blue	
pH a temp. ambiente/at room temperature		7,3 ± 0,2	
Microorganismi testati / Tested Microorganisms		C.L.E.D. agar	
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level		Mac Conkey agar	
Escherichia coli* 10-102UFC		ATCC 25922	Colonia grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7
Enterobacter aerogens* 10-102UFC		ATCC 13048	Col. grandi mucose giallo-oro con alone / Big mucous gold colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7
Proteus mirabilis* 10-102UFC		ATCC 12453	Crescita senza schiumaggio, col. trasparenti blu/growth w/o invasion, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7
Staphylococcus aureus*** 10-102UFC		ATCC 25923	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. / PR (Productivity Ratio) >0,7
Enterococcus faecalis*** 10-102UFC		ATCC 29212	Crescita, colonie piccole gialle paglierino / Growth, small straw yellow colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7
Risultati attesi / Expected results		Risultati ottenuti / Obtained	
Escherichia coli* 10-102UFC		7,3 ± 0,2	7,26
Enterobacter aerogens* 10-102UFC		7,1 ± 0,2	7,06
Proteus mirabilis* 10-102UFC			
Staphylococcus aureus*** 10-102UFC			
Enterococcus faecalis*** 10-102UFC			

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

* incubazione a 37 °C per 24 ore / * incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 18720

Data controllo / Control date **26/03/2018**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dot. DANIELE EDOAL

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tctromeus.it