



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT / PRODOTTO **B193272 Piastre/Plates 1) C.L.E.D. Agar**

2) **Mac Conkey agar**

SCADENZA / EXP. DATE **05/12/2018**

Data di produzione **giovedì 28/06/2018**

LOTTO / LOT **2818607128**

Test di sterilità / Sterility control		Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:			
		Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:			
Assenza di crescita microbica / No microbial growth		Assenza di crescita microbica / No microbial growth			
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C :		Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C :			
Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance			
		C.L.E.D. agar		Mac Conkey agar	
Caratteristiche fisiche/Physical characteristics		Attese Expected		Attese/Expected	
Trasparenza/Transparency		Liev. opalescente / Slightly opalescent		Liev. opalescente / Slightly opalescent	
Colore/Colour		verde-blu / green-blue		violetto / violet-red	
pH a temp. ambiente/at room temperature		7,3 ± 0,2		7,1 ± 0,2	
Microorganismi testati / Tested Microorganisms		Risultati attesi / Expected results		Risultati attesi / Expected results	
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level		Colture grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7		Colture rosa con centro + scure / Pink colonies with dark rose center / PR (Productivity Ratio) >0,7	
<i>Escherichia coli</i> * 10-102UFC		ATCC 25922		Colonia rosa-rossa mucosa ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo / PR (Productivity Ratio) >0,7	
<i>Enterobacter aerogens</i> * 10-102UFC		ATCC 13048		Colonia senza schiumaggio, col. trasparenti blu/ Growth w/o invasion, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	
<i>Proteus mirabilis</i> * 10-102UFC		ATCC 12463		Crescita senza schiumaggio, col. trasparenti blu/ Growth w/o invasion, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	
<i>Staphylococcus aureus</i> *** 10-102UFC		ATCC 25923		Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. / PR (Productivity Ratio) >0,7	
<i>Enterococcus faecalis</i> *** 10-102UFC		ATCC 29212		Crescita, col. piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	

Procedura secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 181678

Data controllo / Control date **02/07/2018**

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE EDOAI