



## Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT  
PRODOTTO

**B19327 Piastre/Plates C.L.E.D. AGAR**

SCADENZA / EXP. DATE **21/10/2015**

Data di produzione giovedì 14/05/15

LOTTO/LOT **2815501114**

<b>Test di sterilità Sterility control</b>	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:
<b>Test di shock termico / Shock termic test</b>	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
<b>Procedure secondo indicazioni/As per directives:</b>	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C : Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
<b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms Metodo di semina / Inoculation method Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>	<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	<b>Attese / Expected</b>
European Pharmacopoeia (EP)	Trasparenza / Transparency	Lievemente opalescente / Slightly opalescent
United States USP	Colore / Colour	verde-blu / green-blue
CLSI M22-A	pH (20-25°C)	7,3 ± 0,2
UNI EN ISO 11133-1	<b>Risultati attesi Expected results</b>	<b>Risultati osservati Observed results</b>
ISO/TS 11133-2	Colonie grandi gialle con alone/ big yellow colonies with halo P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Colonie grandi gialle con alone/ big yellow colonies with halo P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7
	Coli. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Coli. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7
	Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies PR (Productivity Ratio) >0,7	Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies PR (Productivity Ratio) >0,7
	Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
	Coli. piccole bianche, viraggio al blu del terreno/ Small white col., blue changing medium P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Coli. piccole bianche, viraggio al blu del terreno/ Small white col., blue changing medium P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
	Colonie pigmentate verde-blu / Pigmented blue-green colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Colonie pigmentate verde-blu / Pigmented blue-green colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7

\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione a 37°C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **A3918**

Data controllo

**18/05/15**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@economeus.it