



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT
PRODOTTO

B19327 Piastre/Plates C.L.E.D. AGAR

SCADENZA / EXP. DATE **23/11/2015**

Data di produzione **martedì 16/06/15**
 Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:

LOTTO/LOT **2815602016**

Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C : Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Test di shock termico / Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C : Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A UNI EN ISO 11133-1 ISO/TS 11133-2	Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	
	Trasparenza / Transparency Colore / Colour pH (20-25°C)	Livemente opalescente / Slightly opalescent verde-blu / green-blue 7,3 ± 0,2
Microorganismi testati / Tested Microorganisms Metodo di semina / Inoculation method Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Risultati attesi Expected results	Osservate / Observed
Escherichia coli* 10⁻¹⁰² UFC	ATCC 25922 Colonie grandi gialle con alone/ big yellow colonies with halo P _k (Productivity Ratio) >0,7	Colonie grandi gialle con alone/ big yellow colonies with halo P _k (Productivity Ratio) >0,7
Enterobacter aerogenes* 10⁻¹⁰² UFC	ATCC 13048 Col. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo P _k (Productivity Ratio) >0,7	Col. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo P _k (Productivity Ratio) >0,7
Proteus mirabilis* 10⁻¹⁰² UFC	ATCC 12453 Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies PR (Productivity Ratio) >0,7	Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies PR (Productivity Ratio) >0,7
Enterococcus faecalis* 10⁻¹⁰² UFC	ATCC 29212 Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies P _k (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies P _k (Productivity Ratio) >0,7
Staphylococcus aureus* 10⁻¹⁰² UFC	ATCC 25923 Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. P _k (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. P _k (Productivity Ratio) >0,7
Staphylococcus epidermidis* 10⁻¹⁰² UFC	ATCC 12228 Col. piccole bianche, viraggio al blu del terreno/ Small white col., blue changing medium P _k (Productivity Ratio) >0,7	Col. piccole bianche, viraggio al blu del terreno/ Small white col., blue changing medium P _k (Productivity Ratio) >0,7
Pseudomonas aeruginosa* 10⁻¹⁰² UFC	ATCC 25922 Colonie pigmentate verde-blu / Pigmented blue-green colonies P _k (Productivity Ratio) >0,7	Colonie pigmentate verde-blu / Pigmented blue-green colonies P _k (Productivity Ratio) >0,7

Test n. **A4253**

Data controlle **20/06/15**
 Control date

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@iecmi.meus.it