



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT
PRODOTTO

B19327 Piastre/Plates C.L.E.D. AGAR

SCADENZA / EXP. DATE **13/12/2015**

LOTTO/LOT **2815701206**

Data di produzione
lunedì 06/07/15

Test di sterilità Sterility control Test di shock termico / Shock termic test	Test di sterilità a 22°C(± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C(± 2°C) for 4 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Test di sterilità a 37°C(± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C(± 2°C) for 4 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth
	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A UNI EN ISO 11133-1 ISO/TS 11133-2	Caratteristiche fisiche / Physical characteristics Trasparenza / Transparency Colore / Colour pH (20-25°C) Microorganismi testati / Tested Microorganisms Metodo di semina / Inoculation method Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Attese / Expected Lievemente opalescente / Slightly opalescent verde-blu / green-blue 7,3 ± 0,2
	Ossevate / Observed Lievemente opalescente / Slightly opalescent verde-blu / green-blue 7,26	Risultati attesi Expected results Colonie grandi gialle con alone/ big yellow colonies with halo P_R (Productivity Ratio) >0,7 Col. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo P_R (Productivity Ratio) >0,7 Crescita senza scammaglio, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies P_R (Productivity Ratio) >0,7 Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies P_R (Productivity Ratio) >0,7 Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. P_R (Productivity Ratio) >0,7 Col. piccolo bianche, viraggio al blu del terreno/ Small white col., blue changing medium P_R (Productivity Ratio) >0,7 Colonie pigmentate verde-blu / Pigmented blue-green colonies P_R (Productivity Ratio) >0,7

Test n. **A4430**

Data controllo
Control date **10/07/15**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnopeus.it