



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT  
PRODOTTO

**B19327 Piastre/Plates C.L.E.D. AGAR**

SCADENZA / EXP. DATE **16/12/2015**

LOTTO/LOT **2815701409**

Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:  
Data di produzione giovedì 09/07/15

Test di sterilità / Sterility control	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Procedure secondo indicazioni/As per directives:		
European Pharmacopoeia (EP)		
United States USP		
CLSI M22-A		
UNI EN ISO 11133-1		
ISO/TS 11133-2		
<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	<b>Aspetto / Expected</b>	<b>Osservate / Observed</b>
Trasparenza / Transparency	Lievemente opalescente / Slightly opalescent	Lievemente opalescente / Slightly opalescent
Colore / Colour	verde-blu / green-blue	verde-blu / green-blue
pH (20-25°C)	7,3 ± 0,2	7,32
<b>Microorganismi testati / Tested</b>		
<b>Microorganisms</b>		
<b>Metodo di semina / Inoculation method</b>		
<b>Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>	<b>Risultati attesi / Expected results</b>	<b>Risultati osservati / Observed results</b>
<i>Escherichia coli</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	Colonne grandi gialle con alone/ big yellow colonies with halo P <sub>K</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Colonne grandi gialle con alone/ big yellow colonies with halo P <sub>K</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterobacter aerogenes</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	Col. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo P <sub>K</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Col. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo P <sub>K</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Proteus mirabilis</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies PR (Productivity Ratio) >0,7	Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	Crescita, colonne piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies P <sub>K</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, colonne piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies P <sub>K</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. P <sub>K</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. P <sub>K</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus epidermidis</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	Col. piccole bianche, viraggio al blu del terreno/ Small white col., blue changing medium P <sub>K</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Col. piccole bianche, viraggio al blu del terreno/ Small white col., blue changing medium P <sub>K</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	Colonne pigmentate verde-blu / Pigmented blue-green colonies P <sub>K</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Colonne pigmentate verde-blu / Pigmented blue-green colonies P <sub>K</sub> (Productivity Ratio) >0,7

Test n. **A488**  
Data controllo  
Control date **13/07/15**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: [meus@tecnomeus.it](mailto:meus@tecnomeus.it)