



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT
PRODOTTO

B19327 Piastre/Plates C.L.E.D. AGAR

SCADENZA / EXP. DATE **10/12/2015**

LOTTO/LOT **2815701503**

Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:
Data di produzione venerdì 03/07/15

Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:
Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:
Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Caratteristiche fisiche / Physical characteristics

Trasparenza / Transparency
Lievemente opalescente / Slightly opalescent

Colore / Colour
verde-blu / green-blue

pH (20-25°C)
7,3 ± 0,2

Microorganismi testati / Tested

Microorganisms
Metodo di semina / Inoculation method
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level

Microorganismi testati / Tested	Metodo di semina / Inoculation method	Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Risultati attesi / Expected results
<i>Escherichia coli</i> * 10 ⁻¹⁰ ² UFC	ATCC 25922	10 ⁻¹⁰ ² UFC	Colonia grandi gialle con alone big yellow colonies with halo P _K (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterobacter aerogenes</i> * 10 ⁻¹⁰ ² UFC	ATCC 13048	10 ⁻¹⁰ ² UFC	Col. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo P _K (Productivity Ratio) >0,7
<i>Proteus mirabilis</i> * 10 ⁻¹⁰ ² UFC	ATCC 12453	10 ⁻¹⁰ ² UFC	Crescita senza solamaggio, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10 ⁻¹⁰ ² UFC	ATCC 29212	10 ⁻¹⁰ ² UFC	Crescita, colonia piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies P _K (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 ⁻¹⁰ ² UFC	ATCC 25923	10 ⁻¹⁰ ² UFC	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. P _K (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus epidermidis</i> * 10 ⁻¹⁰ ² UFC	ATCC 12228	10 ⁻¹⁰ ² UFC	Col. piccole bianche, viraggio al blu del terreno/ Small white col., blue changing medium P _K (Productivity Ratio) >0,7
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10 ⁻¹⁰ ² UFC	ATCC 25922	10 ⁻¹⁰ ² UFC	Colonia pigmentata verde-blu / Pigmented blue-green colonies P _K (Productivity Ratio) >0,7

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and incubation at 37 °C for 24 hours.

Test n. **A4412**

Data controllo
Control date **07/07/15**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL, Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it