



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT
PRODOTTO

B19327 Piastre/Plates C.L.E.D. AGAR

SCADENZA / EXP. DATE **06/03/2016**

LOTTO/LOT **2815901428**

Data di produzione
Date of production

Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: **lunedì 28/09/15**

Test di sterilità Sterility control Test di shock termico / Shock termic test Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A UNI EN ISO 11133-1 ISO/TS 11133-2	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth
	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics Trasparenza / Transparency Colore / Colour pH (20-25°C) Microorganismi testati / Tested Microorganisms Metodo di semina / Inoculation method Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Attese / Expected Lievemente opalescente / Slightly opalescent verde-blu / green-blue 7,3 ± 0,2
	Osservate / Observed Lievemente opalescente / Slightly opalescent verde-blu / green-blue 7,29
Escherichia coli* 10⁻¹⁰ UFC Enterobacter aerogenes* 10⁻¹⁰ UFC Proteus mirabilis* 10⁻¹⁰ UFC Enterococcus faecalis* 10⁻¹⁰ UFC Staphylococcus aureus* 10⁻¹⁰ UFC Staphylococcus epidermidis* 10⁻¹⁰ UFC Pseudomonas aeruginosa* 10⁻¹⁰ UFC	Risultati attesi Expected results Colonie grandi gialle con alone / big yellow colonies with halo P_R (Productivity Ratio) >0,7 Col. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo P_R (Productivity Ratio) >0,7 Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies P_R (Productivity Ratio) >0,7 Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies P_R (Productivity Ratio) >0,7 Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. P_R (Productivity Ratio) >0,7 Col. piccole bianche, viraggio al blu del terreno / Small white col., blue changing medium P_R (Productivity Ratio) >0,7 Colonie pigmentate verde-blu / Pigmented blue-green colonies P_R (Productivity Ratio) >0,7
Escherichia coli* 10⁻¹⁰ UFC Enterobacter aerogenes* 10⁻¹⁰ UFC Proteus mirabilis* 10⁻¹⁰ UFC Enterococcus faecalis* 10⁻¹⁰ UFC Staphylococcus aureus* 10⁻¹⁰ UFC Staphylococcus epidermidis* 10⁻¹⁰ UFC Pseudomonas aeruginosa* 10⁻¹⁰ UFC	Risultati osservati Observed results Colonie grandi gialle con alone / big yellow colonies with halo P_R (Productivity Ratio) >0,7 Col. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo P_R (Productivity Ratio) >0,7 Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies P_R (Productivity Ratio) >0,7 Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies P_R (Productivity Ratio) >0,7 Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. P_R (Productivity Ratio) >0,7 Col. piccole bianche, viraggio al blu del terreno / Small white col., blue changing medium P_R (Productivity Ratio) >0,7 Colonie pigmentate verde-blu / Pigmented blue-green colonies P_R (Productivity Ratio) >0,7

Test n. **A5243**

Data controllo

Control date **02/10/15**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meusa@lectromeus.it