



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT  
PRODOTTO

**B19327 Piastre/Plates C.L.E.D. AGAR**

SCADENZA / EXP. DATE **27/06/2016**

LOTTO/LOT **2816101119**

Data di produzione **martedì 19/01/16**

Test of sterility Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:	
	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
Test of shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C :	
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	
	Trasparenza / Transparency	Lievemente opalescente / Slightly opalescent
	Colore / Colour pH (20-25°C)	verde-blu / green-blue 7,3 ± 0,2
	<b>Microorganismi testati / Tested</b>	<b>Attese / Expected</b>
<b>Microorganismi Metodo di semina / Inoculation method Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>	<b>Risultati attesi Expected results</b>	<b>Risultati osservati Observed results</b>
<i>Escherichia coli</i> * 10 <sup>-10</sup> ² UFC	ATCC 25922 Colonia grandi gialle con alone/ big yellow colonies with halo P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Colonia grandi gialle con alone/ big yellow colonies with halo P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterobacter aerogenes</i> * 10 <sup>-10</sup> ² UFC	ATCC 13048 Col. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Col. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Proteus mirabilis</i> * 10 <sup>-10</sup> ² UFC	ATCC 12453 Crescita senza sciameggio, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Crescita senza sciameggio, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10 <sup>-10</sup> ² UFC	ATCC 29212 Crescita, colonie piccole gialle papilloso / Growth, small straw yellow colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, colonie piccole gialle papilloso / Growth, small straw yellow colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 <sup>-10</sup> ² UFC	ATCC 25923 Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus epidermidis</i> * 10 <sup>-10</sup> ² UFC	ATCC 12228 Col. piccole bianche, viraggio al blu del terreno/ Small white col., blue changing medium P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Col. piccole bianche, viraggio al blu del terreno/ Small white col., blue changing medium P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10 <sup>-10</sup> ² UFC	ATCC 25922 Colonia pigmentata verde-blu / Pigmented blue-green colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	colonia pigmentata verde-blu / Pigmented blue-green colonies P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7

\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione a 37°C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **16141**

Data controllo

Control date **23/01/16**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: [meus@tecmus.it](mailto:meus@tecmus.it)