



## Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT **B19327 Piastre/Plates C.I.E.D. AGAR**

SCADENZA / EXP. DATE **15/09/2016**

LOTTO/LOT **2816401308**

Data di produzione **08/04/16** venerdì

<b>Test di sterilità</b> <i>Sterility control</i>	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:  Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:  Assenza di crescita microbica / No microbial growth
<b>Test di shock termico</b> <i>/ Shock termic test</i>	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:  Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:  Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>  Trasparenza / Transparency Colore / Colour pH (20-25°C)  <b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b> <b>Metodo di semina / Inoculation method</b> <b>Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>	<b>Attese / Expected</b>  Lievemente opalescente / Slightly opalescent verde-blu / green-blue 7,3 ± 0,2  <b>Risultati attesi</b> <b>Expected results</b>
	ATCC 25922 ATCC 13048 ATCC 12453 ATCC 29212 ATCC 25923 ATCC 12228 ATCC 25922	<b>Risultati osservati</b> <b>Observed results</b>  Colonie grandi gialle con alone big yellow colonies with halo PR (Productivity Ratio) >0,7  Col. grandi mucose gialle-oro con alone / big mucous gold colonies with halo PR (Productivity Ratio) >0,7  Crescita senza scumaglia, col. trasparenti blu / Growth w/o floccul., blue clear colonies PR (Productivity Ratio) >0,7  Crescita, colonie piccole gialle paglierino / Growth, small straw-yellow colonies PR (Productivity Ratio) >0,7  Crescita, col. piccole opache gialle-oro / Growth, small opaque golden col. PR (Productivity Ratio) >0,7  Col. piccole bianche, viraggio al blu col tempo / Small white col., blue changing medium PR (Productivity Ratio) >0,7  Colonie pigmentate verde-blu / Pigmented blue-green colonies PR (Productivity Ratio) >0,7
		<b>PR</b>  0,92 0,97 0,84 0,92 0,97 0,99 0,98

\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **16924**  
 Data controllo **12/04/16**  
 Control date

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tccom.eu.it