



**Quality control card / scheda Controllo Qualità**

PRODUCT  
**PRODOTTO B19327 Piastre/Plates C.L.E.D. AGAR**

SCADENZA / EXP. DATE **12/12/2016** LOTTO/LOT **2816701505**

Data di produzione  
 matref: 05/07/16

Test di sterilità / Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days.	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days.
Test di shock termico / Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C. Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C. Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Aspetti / Expected	Osservate / Observed
Trasparenza / Transparency	trasparente / transparent	trasparente / transparent
Colore / Colour	verde-blu / green-blue	verde-blu / green-blue
pH (20-25°C)	7,3 ± 0,2	7,28
Microorganismi testati / Tested	Risultati attesi / Expected results	Risultati osservati / Observed results
Metodo di semina / Inoculation method		
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level		
<i>Escherichia coli</i> * 10-102UFC	Colore grandi galle con alone / big yellow colonies with halo PR (Predictability Rate) >0,7	Colonia grandi galle con alone / big yellow colonies with halo PR (Predictability Rate) >0,7
<i>Enterobacter aerogenes</i> * 10-102UFC	Col grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo PR (Predictability Rate) >0,7	Col grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo PR (Predictability Rate) >0,7
<i>Proteus mirabilis</i> * 10-102UFC	Crescita senza sciamaggio, col. trasparente blu / Growth via invasion, blue clear colonies PR (Predictability Rate) >0,7	Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu / Growth via invasion, blue clear colonies PR (Predictability Rate) >0,7
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10-102UFC	Crescita, colonia piccole giallo paglierino / Growth, small grey yellow colonies PR (Predictability Rate) >0,7	Crescita, colonia piccole giallo paglierino / Growth, small grey yellow colonies PR (Predictability Rate) >0,7
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10-102UFC	Crescita, col. piccole opache giallore / Growth, small opaque golden col. PR (Predictability Rate) >0,7	Crescita, col. piccole opache giallore / Growth, small opaque golden col. PR (Predictability Rate) >0,7
<i>Staphylococcus epidermidis</i> * 10-102UFC	Col piccole bianche, viraggio al blu del terreno / Small white col., blue changing medium PR (Predictability Rate) >0,7	Col. piccole bianche, viraggio al blu del terreno / Small white col., blue changing medium. PR (Predictability Rate) >0,7
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10-102UFC	Colore pigmentato verde-blu / Pigmented blue-green colonies PR (Predictability Rate) >0,7	Colore pigmentato verde-blu / Pigmented blue-green colonies PR (Predictability Rate) >0,7

\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 161859

Data controllo  
 Control date 09/07/16

il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE EDOARDO

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/h - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it