



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO
PRODUCT

B19353 Piastre/Plates Bile Esculina Azide Agar

SCADENZA / EXP. DATE **17/12/2015**

LOTTO/LOT **2815701810**

Test di sterilità Sterility control	Data di produzione venerdì 10/07/15		
	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:		
Test di shock termico / Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth		
	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133-1 ISO/TS 11133-2	Caratteristiche fisiche / Physical characteristics		
	Trasparenza / Transparency	liev. opalescente / slightly opalescent	
	Colore / Colour	ambra / amber	
	pH (20-25°C)	7,1 ± 0,2	
Microorganismi testati / Tested	Risultati attesi / Expected results		
Metodo di semina e incubazione / Inoculation method and incubation	Risultati osservati / Observed results		
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Osservate / Observed		
<i>Enterococcus faecalis</i> 10 ⁻¹⁰ - 10 ⁻² UFC	ATCC 29212	liev. opalescente / slightly opalescent	Buona crescita, colonie nere / Good growth, dark colonies P _R (Productivity Ratio) > 0,7
<i>Enterococcus faecalis</i> 10 ⁻¹⁰ - 10 ⁻² UFC	ATCC 33186	ambra / amber	
<i>Streptococcus pyogenes</i> * 10 ⁴ - 10 ⁵ UFC	ATCC 19615	7,1 ± 0,2	S _F (Selectivity Factor) > 2
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 ⁴ - 10 ⁵ UFC	ATCC 25923	liev. opalescente / slightly opalescent	S _F (Selectivity Factor) > 2
<i>Escherichia coli</i> * 10 ⁴ - 10 ⁵ UFC	ATCC 25922	ambra / amber	S _F (Selectivity Factor) > 2
* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 37°C per 24-48 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24-48 hours.			

Test n. **A4510**

Data controllo
Control date

14/07/15

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@icrometus.it