



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT **B19353 Piastre/Plates Bile Esculina Azide Agar**
 SCADENZA / EXP. DATE **16/11/2020** LOTTO/LOT **2820601909**

Test di sterilità / Sterility control	Data di produzione / martedì 09/06/2020		Test di sterilità a 22°C(± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C(± 2°C) for 4 days:
	Assenza di crescita microbica / No microbial growth		
Test di shock termico / Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth		Assenza di crescita microbica / No microbial growth
	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:		conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
	Caratteristiche fisiche / Physical characteristics		Osservate / Observed
Trasparenza / Transparency	trasparente / transparent		trasparente / transparent
	ambra / amber		ambra / amber
Colore / Colour pH (20-25°C)	7,1 ± 0,2		CONFORME / CONFORM
	Microorganismi testati / Tested		Risultati osservati / Observed results
Metodo di semina e incubazione / Inoculation method and incubation		Risultati attesi / Expected results	PR or SF
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level			
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10-102UFC	ATCC 29212	Buona crescita,colonie nere / Good growth, dark colonies PR (Productivity Ratio) >0,7	Buona crescita,colonie nere / Good growth, dark colonies PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterococcus faecalis</i> **10-102UFC	ATCC 29212	Buona crescita,colonie nere / Good growth, dark colonies PR (Productivity Ratio) >0,7	Buona crescita,colonie nere / Good growth, dark colonies PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10-102UFC	ATCC 33186	Buona crescita,colonie nere / Good growth, dark colonies PR (Productivity Ratio) >0,7	Buona crescita,colonie nere / Good growth, dark colonies PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Streptococcus pyogenes</i> * 104-106UFC	ATCC 19615	inibizione / inhibited SF (Selectivity Factor) > 2	inibizione / inhibited SF (Selectivity Factor) > 2
<i>Staphylococcus aureus</i> * 104-106UFC	ATCC 29906	inibizione / inhibited SF (Selectivity Factor) > 2	inibizione / inhibited SF (Selectivity Factor) > 2
<i>Escherichia coli</i> * 104-106UFC	ATCC 25922	inibizione / inhibited SF (Selectivity Factor) > 2	inibizione / inhibited SF (Selectivity Factor) > 2

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24 hours.

** Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 44 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 44°C for 24 hours.

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Test n. **188345**
 Data controllo **13/06/2020**
 Control date

Dott. DANIELE Edoardo