

Scheda Controllo Qualità / Quality Control Card**Art. B 192653 Slide pp C.L.E.D. - MAC CONKEY- MALTO**SCADENZA
EXPIRATION DATE 12/05/16LOTTO
LOT 1915111224**C.L.E.D. agar**

		Mac Conkey agar		Malt extract agar	
		Attese Expected	Osservate Observed	Attese Expected	Osservate Observed
Caratteristiche fisiche Physical characteristics		liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent
Trasparenza Transparency		blu-verde bluish-green	blu-verde bluish-green	violet-red	violet-red
Colore Colour				7,04	7,04
pH a temp. ambiente/at room temperature		7,3 ± 0,2	7,36	7,1 ± 0,2	3,8 ± 0,3
					3,96

Microorganismi testati*
Tested Microorganisms*****

ATCC	Risultati attesi Expected results	Ottenuti Obtained	Risultati attesi Expected results	Ottenuti Obtained	Risultati attesi Expected results
Escherichia coli	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth	inibizione inhibition
Staphylococcus aureus	crescita growth	crescita growth	inibizione inhibition	inibizione inhibition	inibizione inhibition
Streptococcus faecalis	crescita growth	crescita growth	inibizione inhibition	inibizione inhibition	inibizione inhibition
Pseudomonas aeruginosa	crescita growth	crescita growth	crescita growth	inibizione parziale partially inhibited	inibizione parziale partially inhibited
Candida albicans	crescita growth	inibizione inhibition	inibizione inhibition	crescita growth	crescita growth

*** Incubazione a 37 °C per 24 ore / *** Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **M A5840** Data/Date **04/12/15**

Copia stampata con sistema meccanografico. L'originale firmato è agli atti del Lab. Controllo Qualità