

Scheda Controllo Qualità / Quality Control Card

MEUS s.r.l.

Art. B 192653 Slide pp C.L.E.D. - MAC CONKEY- MALTO

LOTTO 1915401229
LOT

SCADENZA 16/10/15
EXPIRATION DATE

Caratteristiche fisiche Physical characteristics	C.L.E.D. agar			Mac Conkey agar			Malt extract agar		
	Attese Expected	Osservate Observed	Attese Expected	Osservate Observed	Attese Expected	Osservate Observed	Attese Expected	Osservate Observed	
Trasparenza Transparency	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	
Colore Colour	blu-verde bluish-green	blu-verde bluish-green	violaceo violet-red	blu-verde bluish-green	violaceo violet-red	violaceo violet-red	ambrato amber	ambrato amber	
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	7,36	7,1 ± 0,2	7,02	3,8 ± 0,3	3,99			

Microorganismi testati*** Tested Microorganisms***	ATCC	Risultati attesi Expected results	Ottenuti Obtained	Risultati attesi Expected results	Ottenuti Obtained	Risultati attesi Expected results	Ottenuti Obtained
Escherichia coli	25922	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth	inibizione inhibition	inibizione inhibition
Staphylococcus aureus	25923	crescita growth	crescita growth	inibizione inhibition	inibizione inhibition	inibizione inhibition	inibizione inhibition
Streptococcus faecalis	29212	crescita growth	crescita growth	inibizione inhibition	inibizione inhibition	inibizione inhibition	inibizione inhibition
Pseudomonas aeruginosa	27853	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth	inibizione parziale partially inhibited	inibizione parziale partially inhibited
Candida albicans	10231	crescita growth	crescita growth	inibizione inhibition	inibizione inhibition	crescita growth	crescita growth

*** Incubazione a 37 °C per 24 ore / *** Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **M A3740** Data/Date **09/05/15**

Copia stampata con sistema meccanografico. L'originale firmato è agli atti del Lab. Controllo Qualità