



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT **B192653 Slide pp C.L.E.D. - MAC CONKEY- MALTO**

SCADENZA / EXP. DATE **04/11/2018**

LOTTO / LOT **1918501118**

Data di produzione venerdì 18/05/2018	
Test di sterilità a 22°C(±2°C) x10 gg Sterility control at 22°C(±2°C) for 10 days	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (for minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C;	Test di sterilità a 37°C(±2°C) x 72 h Sterility control at 37°C(±2°C) for 72 h
Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C;

C.L.E.D. agar

Caratteristiche fisiche Characteristics	C.L.E.D. agar		Mac Conkey agar		Malt extract agar	
	Attese / Expected	Osservate / Observed	Attese / Expected	Osservate / Observed	Attese / Expected	Osservate / Observed
Trasparenza Transparency	trasparente transparent	trasparente transparent	trasparente transparent	trasparente transparent	trasparente transparent	trasparente transparent
Colore / Colour	blu-verde / bluish-green	blu-verde / bluish-green	viola-rosso / violet-red	viola-rosso / violet-red	ambro amber	ambro amber
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	7,39	7,1 ± 0,2	7,00	3,8 ± 0,2	3,95

Microorganismi testati / Tested Microorganisms Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	C.L.E.D. agar		Mac Conkey agar		Malt extract agar	
	Risultati attesi Expected results	Ottenuti Obtained	Risultati attesi Expected results	Ottenuti Obtained	Risultati attesi Expected results	Ottenuti Obtained
<i>Escherichia coli</i> * 102-104UFC	crescita / growth	crescita / growth	crescita / growth	crescita / growth	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition
<i>Staphylococcus aureus</i> * 102-104UFC	crescita / growth	crescita / growth	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition
<i>Enterococcus faecalis</i> * 102-104UFC	crescita / growth	crescita / growth	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 102-104UFC	crescita / growth	crescita / growth	crescita / growth	crescita / growth	inibizione parziale	inibizione parziale
<i>Candida albicans</i> * 102-104UFC	crescita / growth	crescita / growth	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	crescita / growth	crescita / growth

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133

* incubazione a 37 °C per 24 ore / ** Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **181315**

Data controllo #####

Control date

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it