



## Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT **B192653 Slide pp C.L.E.D. - MAC CONKEY - MALTO** LOTTO / LOT **1919301308**  
 SCADENZA / EXP. DATE **25/08/2019**

Data di produzione		venerdì 08/03/2019	
Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x10 gg Sterility control at 22°C (± 2°C) for 10 days	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 72 h Sterility control at 37°C (± 2°C) for 72 h	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: <i>Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance</i>	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: <i>Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance</i>	

### C.L.E.D. agar

Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Attese / Expected	Osservate / Observed
Trasparenza / Transparency	trasparente / transparent	trasparente / transparent
Colore / Colour	blu-verde / bluish-green	blu-verde / bluish-green
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	7,3 ± 0,2

### Mac Conkey agar

Attese / Expected	Osservate / Observed
trasparente / transparent	trasparente / transparent
violaceo / violet-red	violaceo / violet-red
7,1 ± 0,2	CONFORME / CONFORM

### Malt extract agar

Attese / Expected	Osservate / Observed
trasparente / transparent	trasparente / transparent
amburato / amber	amburato / amber
3,8 ± 0,2	CONFORME / CONFORM

Microorganismi testati / Tested Microorganisms

Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Risultati attesi / Expected results	Ottenuti / Obtained
<i>Escherichia coli</i> * 102-104UFC	crescita / growth	crescita / growth
<i>Staphylococcus aureus</i> * 102-104UFC	crescita / growth	crescita / growth
<i>Enterococcus faecalis</i> * 102-104UFC	crescita / growth	crescita / growth
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 102-104UFC	crescita / growth	crescita / growth
<i>Candida albicans</i> * 102-104UFC	crescita / growth	crescita / growth

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133

\* Incubazione a 37 °C per 24 ore / \*\*\* Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **184095**

Data controllo #####  
Control date

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it