



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT **B192653 Slide pp C.L.E.D. - MAC CONKEY - MALTO**
 SCADENZA / EXP. DATE **27/08/2020** LOTTO / LOT **1920301210**

Data di produzione	
Test di sterilità a 22°C(± 2°C) x10 gg Sterility control at 22°C(± 2°C) for 10 days	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Test di sterilità a 37°C(± 2°C) x 72 h Sterility control at 37°C(± 2°C) for 72 h
Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	Nessuna variazione nell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

C.L.E.D. agar			
Caratteristiche fisiche	Physical characteristics	Attese / Expected	Osservate / Observed
Trasparenza	Transparent	trasparente	trasparente
Colore / Colour	blu-verde / bluish-green	blu-verde / bluish-green	blu-verde / bluish-green
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	7,1 ± 0,2	CONFORME / CONFORM

Mac Conkey agar			
Microorganismi testati / Tested Microorganisms	Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Attese / Expected	Osservate / Observed
<i>Escherichia coli</i> * 102-104UFC	ATCC 25922	trasparente	trasparente
<i>Staphylococcus aureus</i> * 102-104UFC	ATCC 25923	trasparente	trasparente
<i>Enterococcus faecalis</i> * 102-104UFC	ATCC 29212	violaceo / violet-red	violaceo / violet-red
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 102-104UFC	ATCC 27853	CONFORME / CONFORM	CONFORME / CONFORM
<i>Candida albicans</i> * 102-104UFC	ATCC 10231	CONFORME / CONFORM	CONFORME / CONFORM

Malt extract agar			
Microorganismi testati / Tested Microorganisms	Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Attese / Expected	Osservate / Observed
<i>Escherichia coli</i> * 102-104UFC	ATCC 25922	trasparente	trasparente
<i>Staphylococcus aureus</i> * 102-104UFC	ATCC 25923	trasparente	trasparente
<i>Enterococcus faecalis</i> * 102-104UFC	ATCC 29212	ambro / amber	ambro / amber
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 102-104UFC	ATCC 27853	3,8 ± 0,2	CONFORME / CONFORM
<i>Candida albicans</i> * 102-104UFC	ATCC 10231	CONFORME / CONFORM	CONFORME / CONFORM

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133
 * Incubazione a 37 °C per 24 ore / *** Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **187670**
 Data controllo #####
 Control date

Il responsabile del controllo / Quality control responsible
 Dot. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it