



# Art. B 19378 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR + 5% Sangue montone (Sheep blood)

SCADENZA 12/01/16  
EXP. DATE 12/01/16

LOTTO/LOT 2815011729

Data di produzione <b>giovedì 29/10/15</b>	
Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 3 days:  Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:  Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	
Trasparenza Transparency	Opalino opaque
Colore Colour	rosso vivo red
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2
<b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b>	
Per i dicitivi con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical sheet	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC 49649
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, NCCLS M6-A, UNI ENV ISO 11133-1, ISO/TS 11133-2, antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 1.0, December 18, 2009. * Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.	
<b>Risultati attesi / Expected results</b>	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos
<b>Risultati osservati / Observed results</b>	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos

Test n. **M A5563**

Data del controllo/Control date **02/11/15**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible  
Dott. DANIELE EDOARDO