



meus



Art. B 19378 Piastre/Plates d. 94 mm **M.H. AGAR + 5% Sangue montone (Sheep blood)**

SCADENZA **22/12/15**
EXP. DATE

LOTTO/LOT **2815012708**

Data di produzione													
Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C(± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C(± 2°C) for 3 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth												
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C : Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance												
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics													
Trasparenza Transparency	Assenza di crescita microbica / No microbial growth												
Colore Colour	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance												
pH a temp. ambiente/at room temperature													
Microorganismi testati / Tested Microorganisms Per i dchetti con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical sheet													
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC 49649												
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, NCCLS M6-A, UNI ENV ISO 11133-1, ISO/TS 11133-2, antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 1.0, December 18, 2009. * Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Attese / Expected</th> <th>Osservate / Observed</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>opalino</td> <td>opalino</td> </tr> <tr> <td>opaque</td> <td>opaque</td> </tr> <tr> <td>rosso vivo</td> <td>rosso vivo</td> </tr> <tr> <td>red</td> <td>red</td> </tr> <tr> <td>7,3 ± 0,2</td> <td>7,31</td> </tr> </tbody> </table>		Attese / Expected	Osservate / Observed	opalino	opalino	opaque	opaque	rosso vivo	rosso vivo	red	red	7,3 ± 0,2	7,31
Attese / Expected	Osservate / Observed												
opalino	opalino												
opaque	opaque												
rosso vivo	rosso vivo												
red	red												
7,3 ± 0,2	7,31												
Risultati attesi / Expected results	Risultati osservati / Observed results												
crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos												

Test n. **M A5372**

Data del controllo/Control date **12/10/15**

il responsabile del controllo / Quality control responsible
Dott. DANIELE Edoardo