KIMA meus VACUTEST kima

PRODUCT
PRODOTTO **Art. B 19378 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR + 5% Sangue montone (Sheep blood)**

SCADENZA / EXP. DATE **20/07/16** LOTTO/LOT **2816501506**

	Data di produzione	**venerdì 06/05/16**	
Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C(± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C(± 2°C) for 3 days:	Test di sterilità a 37°C(± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 37°C(± 2°C) for 3 gg:	
	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	*Assenza di crescita microbica / No microbial growth*	
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C :	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	*Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance*	
	Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	**Attese / Expected**	**Osservate / Observed**
	Trasparenza / Transparency	opalino / opaque	opalino / opaque
	Colore / Colour	rosso vivo / red	rosso vivo / red
	pH a temp.ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	7,34
	Microorganismi testati / Tested Microorganisms Per i dichetti con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical sheet	**Risultati attesi / Expected results**	**Risultati osservati / Observed results**
	Streptococcus pneumoniae ATCC 49649	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, NCCLS M6-A, UNI EN ISO 11133, antimicrobial scusceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version5.0, 2015-01-09.

* Incubazione a 37 °C per 18 ore / * Incubation at 37°C for 18 hours.

Test n. M 161220

Data del controllo/Control date 09/05/16

Il responsabile del controllo / Quality control responsible
Dott. DANIELE Edoardo