




PRODUCT

PRODOTTO



Art. B 19378 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR + 5% Sangue montone (Sheep blood)

SCADENZA / EXP. DATE 28/09/16LOTTO/LOT 2816702115

Data di produzione		venerdì 15/07/16	
Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 3 days:	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 3 gg:	
Test di shock termico / Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C :	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics			
Trasparenza / Transparency		Attese / Expected	Osservate / Observed
Colore / Colour		opalino / opaque	opalino / opaque
pH a temp. ambiente/at room temperature		rosso vivo / red	rosso vivo / red
		7,3 ± 0,2	7,33
Microorganismi testati / Tested Microorganisms			
Per i dichetti con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks. see technical sheet		Risultati attesi / Expected results	Risultati osservati / Observed results
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC 49649	crescita, con aioni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aioni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, NCCLS M6-A, UNI EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing

\* Incubazione a 37 °C per 18 ore / \* Incubation at 37°C for 18 hours.

Test n. MI 162013

Data del controllo/Control date 18/07/16

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo