



PRODUCT  
PRODOTTO



## Art. B 19378 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR + 5% Sangue montone (Sheep blood)

SCADENZA / EXP. DATE 11/12/16

LOTTO/LOT 2816901627

Data di produzione		martedì 27/09/16	
Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 3 days:	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 3 gg:	
Test di shock termico / Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>		<b>Osservate / Observed</b>	
Trasparenza / Transparency	opalino / opaque	opalino / opaque	
Colore / Colour	rosso vivo / red	rosso vivo / red	
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	7,34	
<b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b> <b>Per i dchetti con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical sheet</b>		<b>Risultati attesi / Expected results</b>	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC 49649	<b>Risultati osservati / Observed results</b>	
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, NCCLS M6-A, UNI EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 5.0, 2015-01-09.		crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	
* Incubazione a 37 °C per 18 ore / * Incubation at 37°C for 18 hours.		crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	

Test n. **M 162626**

Data del controllo/Control date **30/09/16**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible  
Dott. DANIELE Edoardo