KIMA meus VACUTEST kima

PRODUCT
PRODOTTO **Art. B 19378 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR + 5% Sangue montone (Sheep blood)**

SCADENZA / EXP. DATE **25/02/2020** LOTTO/LOT **2819211612**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Data di produzione giovedì 12/12/2019** | | |
| ***Test di sterilità Sterility control*** | Test di sterilità a 22°C( ± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C( ± 2°C) for 3 days: | Test di sterilità a 37°C( ± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 37°C( ± 2°C) for 3 gg: | |
| | *Assenza di crescita microbica / No microbial growth* | *Assenza di crescita microbica / No microbial growth* | |
| ***Test di shock termico / Shock termic test*** | Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C : | Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: | |
| | *Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance* | *Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance* | |
| | **Caratteristiche fisiche / Physical characteristics** | **Attese / Expected** | **Osservate / Observed** |
| | Trasparenza / Transparency | opalino / opaque | opalino / opaque |
| | Colore / Colour | rosso vivo / red | rosso vivo / red |
| | pH a temp.ambiente/at room temperature | 7,3 ± 0,2 | CONFORME / CONFORM |
| | **Microorganismi testati / Tested Microorganisms Per i dichetti con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical** | **Risultati attesi / Expected results** | **Risultati osservati / Observed results** |
| | ***Streptococcus pneumoniae*** ATCC 49649 | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos |

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, NCCLS M6-A, UNI EN ISO 11133, antimicrobial scusceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version5.0, 2015-01-09.

* Incubazione a 37 °C per 18 ore / * Incubation at 37°C for 18 hours.

**Test n. M 186810** **Data del controllo/Control date 16/12/2019**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible
Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically

**MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it**