



PRODUCT

PRODOTTO


Art. B 19378 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR + 5% Sangue montone (Sheep blood)
SCADENZA / EXP. DATE **20/11/2019**LOTTO/LOT **2819901806**

Data di produzione venerdì 06/09/2019	
Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 3 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Attese / Expected
Trasparenza / Transparency	opalino / opaque
Colore / Colour	rosso vivo / red
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2
Microorganismi testati / Tested Microorganisms Per i dicitivi con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical	Risultati attesi / Expected results
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC 49649 crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, NCCLS M6-A, UNI EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 5.0, 2015-01-09. * Incubazione a 37 °C per 18 ore / * Incubation at 37°C for 18 hours.	
	Osservate / Observed
	opalino / opaque
	rosso vivo / red
	CONFORME / CONFORM
	Risultati osservati / Observed results
	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos

Test n. M 185795 Data del controllo/Control date 09/09/2019

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo