



Art. B 19372 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR

SCADENZA **31/07/16**
EXP. DATE

LOTTO/LOT **2816201522**

| Data di produzione | | lunedì 22/02/16 | |
|---|--|---|--|
| Test di sterilità Sterility control | Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: | Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days: | |
| Test di shock termico / Shock termic test | Assenza di crescita microbica / No microbial growth Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: | Assenza di crescita microbica / No microbial growth Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: | |
| | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance | |
| Caratteristiche fisiche / Physical characteristics | | | |
| Trasparenza Transparency | liev. opalescente slightly opalescent | Osservate / Observed liev. opalescente slightly opalescent | |
| Colore Colour | giallo-ambra yellow-amber | giallo-ambra yellow-amber | |
| pH a temp. ambiente/at room temperature | 7,3 ± 0,2 | 7,24 | |
| Microorganismi testati / Tested Microorganisms Per i dicitetti con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical sheet | | | |
| <i>Escherichia coli</i> * | ATCC 25922 | Risultati attesi / Expected results crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> * | ATCC 25923 | Risultati osservati / Observed results crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos | |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> * | ATCC 27853 | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos | |
| <i>Enterococcus faecalis</i> * | ATCC 29212 | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos | |

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, NCCLS M6-A, UNI/EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing
EUCAST disk diffusion method - Version 1.0, December 18, 2009.

* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **M 16433**

Data del controllo/Control date **26/02/16**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo