



PRODUCT  
PRODOTTO



## Art. B 19372 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR

SCADENZA / EXP. DATE **11/12/16**

LOTTO/LOT **2816701304**

Data di produzione		Lunedì 04/07/16	
Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C(± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C(± 2°C) for 4 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Test di sterilità a 37°C(± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C(± 2°C) for 4 days:
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C. : Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>		<b>Attese / Expected</b>	
Trasparenza / Transparency	Trasparenza / Transparency	trasparente / transparent	trasparente / transparent
Colore / Colour	giallo / yellow	giallo / yellow	giallo / yellow
pH a temp.ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	7,3 ± 0,2	7,29
<b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b> Per i dicitivi con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical sheet		<b>Risultati attesi / Expected results</b>	
<i>Escherichia coli</i> *	ATCC 25922	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos
<i>Staphylococcus aureus</i> *	ATCC 25923	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	ATCC 27853	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos
<i>Enterococcus faecalis</i> *	ATCC 29212	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos
Procedure, secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), CLSI M22-A3, CLSI M6-A2, CLSI M02-A12, UNI/EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Versioni 5.0, 2015-01-09.		<b>Risultati osservati / Observed results</b>	
* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.		crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	

Test n. M 161850

Data del controllo/Control date 08/07/16

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo