



PRODUCT
PRODOTTO



Art. B 19372 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR



SCADENZA / EXP. DATE **20/02/2018**

LOTTO/LOT **2817901213**

Data di produzione mercoledì 13/09/2017									
Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth								
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance								
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics									
Trasparenza / Transparency	trasparente / transparent								
Colore / Colour	giallo / yellow								
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2								
Microorganismi testati / Tested Microorganisms Per i dicitivi con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical									
<i>Escherichia coli</i> *	ATCC 25922 crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos								
<i>Staphylococcus aureus</i> *	ATCC 25923 crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos								
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	ATCC 27853 crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos								
<i>Enterococcus faecalis</i> *	ATCC 29212 crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos								
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), CLSI M22-A3, CLSI M6-A2, CLSI M02-A12, UNI EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 5.0, 2015-01-09.									
* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.									
Risultati attesi / Expected results									
Risultati osservati / Observed results									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Attese / Expected</th> <th>Osservate / Observed</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>trasparente / transparent</td> <td>trasparente / transparent</td> </tr> <tr> <td>giallo / yellow</td> <td>giallo / yellow</td> </tr> <tr> <td>7,3 ± 0,2</td> <td>7,39</td> </tr> </tbody> </table>		Attese / Expected	Osservate / Observed	trasparente / transparent	trasparente / transparent	giallo / yellow	giallo / yellow	7,3 ± 0,2	7,39
Attese / Expected	Osservate / Observed								
trasparente / transparent	trasparente / transparent								
giallo / yellow	giallo / yellow								
7,3 ± 0,2	7,39								

Test n. **M 172873**

Data del controllo/Control date **18/09/2017**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dot. DANIELE Edoardo