



PRODUCT  
PRODOTTO



## Art. B 19372 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR



SCADENZA / EXP. DATE **26/03/2019**

LOTTO/LOT **2818011117**

| Data di produzione <b>mercoledì 17/10/2018</b>   |   |
|--|---|
| <b>Test di sterilità</b><br>Sterility control  | Test di sterilità a 22°C(±2°C)×4 gg / Sterility control at 22°C(±2°C) for 4 days:<br><br>Assenza di crescita microbica / No microbial growth  |
| <b>Test di shock termico / Shock termic test</b>   | Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:<br><br>Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance |
| <b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>  |   |
| Trasparenza / Transparency   | trasparente / transparent   |
| Colore / Colour  | giallo / yellow   |
| pH a temp. ambiente/at room temperature  | 7,3 ± 0,2   |
| <b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b><br>Per i dichetti con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical |   |
| <i>Escherichia coli</i> *  | ATCC 25922  |
| <i>Staphylococcus aureus</i> *   | ATCC 25923  |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> *  | ATCC.27853  |
| <i>Enterococcus faecalis</i> *   | ATCC 29212  |
| <b>Risultati attesi / Expected results</b>   |   |
| crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos   |   |
| crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos   |   |
| crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos   |   |
| crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos   |   |
| <b>Risultati osservati / Observed results</b>  |   |
| crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos   |   |
| crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos   |   |
| crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos   |   |
| crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos   |   |

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), CLSI M22-A3, CLSI M6-A2, CLSI M02-A12, UNI EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 5.0, 2016-01-09.

\* Incubazione a 37°C per 24 ore / \* Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **M 182723**

Data del controllo/Control date **22/10/2018**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it