



PRODUCT  
PRODOTTO



**Art. B 19372 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR**



SCADENZA / EXP. DATE **26/03/2019**

LOTTO/LOT **2818011217**

| Data di produzione <b>mercoledì 17/10/2018</b>                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Test di sterilità</b><br>Sterility control                                                                                                             | Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:                                               |
| <b>Test di shock termico / Shock termic test</b>                                                                                                          | Assenza di crescita microbica / No microbial growth                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | Asserza di crescita microbica / No microbial growth                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: |
|                                                                                                                                                           | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance            |
|                                                                                                                                                           | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance            |
| <b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>                                                                                                 | <b>Attese / Expected</b>                                                                                                              |
| Trasparenza / Transparency                                                                                                                                | trasparente / transparent                                                                                                             |
| Colore / Colour                                                                                                                                           | giallo / yellow                                                                                                                       |
| pH a temp. ambiente/at room temperature                                                                                                                   | 7,3 ± 0,2                                                                                                                             |
| <b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b><br><b>Per i dicitivi con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical</b> | <b>Risultati attesi / Expected results</b>                                                                                            |
| <i>Escherichia coli</i> *                                                                                                                                 | ATCC 25922<br>crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos                                  |
| <i>Staphylococcus aureus</i> *                                                                                                                            | ATCC 25923<br>crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos                                  |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> *                                                                                                                           | ATCC 27853<br>crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos                                  |
| <i>Enterococcus faecalis</i> *                                                                                                                            | ATCC 29212<br>crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos                                  |
|                                                                                                                                                           | <b>Risultati osservati / Observed results</b>                                                                                         |
|                                                                                                                                                           | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos                                                |
|                                                                                                                                                           | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos                                                |
|                                                                                                                                                           | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos                                                |
|                                                                                                                                                           | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos                                                |
|                                                                                                                                                           | CONFORME / CONFORM                                                                                                                    |

Procedure secondo Indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), CLSI M22-A3, CLSI M6-A2, CLSI M02-A12, UNI EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 5.0, 2015-01-09.

\* Incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **M 182724**

Data del controllo/Control date **22/10/2018**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo