



PRODUCT
PRODOTTO



Art. B 19372 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR



SCADENZA / EXP. DATE **01/04/2019**

LOTTO/LOT **2818011523**

Data di produzione martedì 23/10/2018	
Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:
Test di shock termico Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth Conservazione nella confezione minima di vendita per 3 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 3 days at 23 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	
Trasparenza / Transparency	Assente / Expected
Colore / Colour	trasparente / transparent
pH a temp. ambiente/at room temperature	giallo / yellow
Microorganismi testati / Tested Microorganisms Per i dchetti con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical	7,3 ± 0,2
Escherichia coli*	ATCC 25922
Staphylococcus aureus*	ATCC 25923
Pseudomonas aeruginosa*	ATCC 27853
Enterococcus faecalis*	ATCC 29212
Risultati attesi / Expected results	
crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	
Risultati osservati / Observed results	
crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	
CONFORME / CONFORM	

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), CLSI M22-A3, CLSI M6-A2, CLSI M02-A12, UNI EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 5.0, 2015-01-09.

* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **M 182775**

Data del controllo/Control date **27/10/2018**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible
Dott. DANIELE Edoardo