



PRODUCT
PRODOTTO

Art. B 19372 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR

SCADENZA / EXP. DATE **22/04/2019**

LOTTO/LOT **2818111313**

Data di produzione **martedì 13/11/2018**

Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days.	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days.	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C. Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Conservazione nella confezione di imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C. Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Attese / Expected	Osservate / Observed	
Trasparenza / Transparency	trasparente / transparent	trasparente / transparent	
Colore / Colour	giallo / yellow	giallo / yellow	CONFORME / CONFORM
pH a temp. ambiente/ at room temperature	7,3 ± 0,2		
Microorganismi testati / Tested Microorganisms Per i dicitivi con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical	Risultati attesi / Expected results	Risultati osservati / Observed results	
<i>Escherichia coli*</i>	crecita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crecita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	
<i>Staphylococcus aureus*</i>	crecita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crecita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	
<i>Pseudomonas aeruginosa*</i>	crecita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crecita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	
<i>Enterococcus faecalis*</i>	crecita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crecita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), CLSI M22-A3, CLSI M6-A2, CLSI M02-A12, UNI EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 5.0, 2015-01-09.
* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **MI 182969**

Data del controllo/Control date **17/11/2018**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo