



PRODUCT
PRODOTTO

Art. B 19372 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR



meus



SCADENZA / EXP. DATE **06/08/2018**

LOTTO/LOT **2818201227**

| | Data di produzione | martedì 27/02/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test di sterilità <i>Sterility control</i> | Test di sterilità a 22°C(± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C(± 2°C) for 4 days: | Test di sterilità a 37°C(± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C(± 2°C) for 4 days: |
| Test di shock termico / Shock termic test | Assenza di crescita microbica / No microbial growth | Assenza di crescita microbica / No microbial growth. |
| | Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C : | Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: |
| | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance |
| Caratteristiche fisiche / Physical characteristics | | |
| Trasparenza / Transparency | trasparente / transparent | trasparente / transparent |
| Colore / Colour | giallo / yellow | giallo / yellow |
| pH a temp. ambiente/at room temperature | 7,3 ± 0,2 | 7,14 |
| Microorganismi testati / Tested Microorganisms Per i dichetti con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical | | |
| <i>Escherichia coli</i> * | ATCC 25922 | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos |
| <i>Staphylococcus aureus</i> * | ATCC 25923 | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> * | ATCC 27853 | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos |
| <i>Enterococcus faecalis</i> * | ATCC 29212 | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos |
| Risultati attesi / Expected results | | Risultati osservati / Observed results |
| crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos | | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos |
| crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos | | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos |
| crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos | | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos |
| crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos | | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos |

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), CLSI M22-A3, CLSI M6-A2, CLSI M02-A12, UNI EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 6.0, 2015-01-09.

* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **M 18495**

Data del controllo/Control date **03/03/2018**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecmeus.it