



PRODUCT
PRODOTTO

Art. B 19372 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR

SCADENZA / EXP. DATE **22/10/2019**

LOTTO/LOT **2819501115**

Data di produzione mercoledì 15/05/2019											
Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C(±2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C(±2°C) for 4 days.										
Test di shock termico / Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth										
	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23±2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23±2°C:										
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance										
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics											
Trasparenza / Transparency	Assenza di crescita microbica / No microbial growth trasparente / transparent										
Colore / Colour	giallo / yellow										
pH a temp.ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2										
Microorganismi testati / Tested Microorganisms Per i dicitivi con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical											
<i>Escherichia coli*</i>	ATCC 25922										
<i>Staphylococcus aureus*</i>	ATCC 25923										
<i>Pseudomonas aeruginosa*</i>	ATCC 27853										
<i>Enterococcus faecalis*</i>	ATCC 29212										
<p>Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), CLSI M22-A3, CLSI M6-A2, CLSI M02-A12, UNI EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version5.0, 2015-01-09.</p> <p>* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Attese / Expected</th> <th>Osservate / Observed</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>trasparente / transparent</td> <td>trasparente / transparent</td> </tr> <tr> <td>giallo / yellow</td> <td>giallo / yellow</td> </tr> <tr> <td>7,3 ± 0,2</td> <td>CONFORME / CONFORM</td> </tr> </tbody> </table>		Attese / Expected	Osservate / Observed	trasparente / transparent	trasparente / transparent	giallo / yellow	giallo / yellow	7,3 ± 0,2	CONFORME / CONFORM		
Attese / Expected	Osservate / Observed										
trasparente / transparent	trasparente / transparent										
giallo / yellow	giallo / yellow										
7,3 ± 0,2	CONFORME / CONFORM										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Risultati attesi / Expected results</th> <th>Risultati osservati / Observed results</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos</td> <td>crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos</td> </tr> <tr> <td>crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos</td> <td>crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos</td> </tr> <tr> <td>crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos</td> <td>crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos</td> </tr> <tr> <td>crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos</td> <td>crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos</td> </tr> </tbody> </table>		Risultati attesi / Expected results	Risultati osservati / Observed results	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos
Risultati attesi / Expected results	Risultati osservati / Observed results										
crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos										
crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos										
crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos										
crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos	crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos										

Test n. **M 184712**

Data del controllo/Control date **20/05/2019**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo