

# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT / PRODOTTO **B193637 Piastre/Plates 1) Columbia CNA + 5% S. mont. (Sheep blood)**

**2) Mac Conkey agar**

SCADENZA / EXP. DATE **29/09/2020**

LOTTO / LOT **2820701116**

Data di produzione <b>giovedì 16/07/2020</b>	
<b>Test di sterilità / Sterility control</b>	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 3 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth
<b>Test di shock termico / Shock termic test</b>	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: Assenza di crescita microbica / No microbial growth
<b>Caratteristiche fisiche/Physical characteristics</b>	<b>Columbia CNA 5% S. montone</b>
<b>Trasparenza/Transparency</b>	Opalino / opaco rosso vivo / red CONFORME / CONFORM
<b>Colore/Colour</b>	Opalino / opaco rosso vivo / red CONFORME / CONFORM
<b>pH a temp. ambiente/ at room temperature</b>	7,3 ± 0,2
<b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b>	<b>Mac Conkey agar</b>
<b>Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>	7,1 ± 0,2
<b>Streptococcus pyogenes* 10-102UFC</b>	Attese / Expected Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis PR (Productivity Ratio) >0,7 Risultati attesi / Expected results Inibizione totale / Total inhibition
<b>Streptococcus pneumoniae* 10-102UFC</b>	Attese / Expected Crescita, α emolisi / Growth, α hemolysis PR (Productivity Ratio) >0,7 Risultati attesi / Expected results Inibizione totale / Total inhibition
<b>Staphylococcus aureus* 10-102UFC</b>	Attese / Expected Crescita ± emolisi / Growth ± hemolysis PR (Productivity Ratio) >0,7 Risultati attesi / Expected results Inibizione totale / Total inhibition
<b>Enterococcus faecalis* 10-102UFC</b>	Attese / Expected Crescita senza emolisi / Growth w/o hemolysis PR (Productivity Ratio) >0,7 Risultati attesi / Expected results Inibizione totale / Total inhibition
<b>Escherichia coli* 10-102UFC</b>	Attese / Expected Inibizione totale / Total inhibition Risultati attesi / Expected results Inibizione totale / Total inhibition
<b>Proteus mirabilis* 10-102UFC</b>	Attese / Expected Inibizione totale / Total inhibition Risultati attesi / Expected results Inibizione totale / Total inhibition

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

\* Incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 188734

Data controllo / Control date **20/07/2020**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE EDOAI

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it