



meus



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT B 19363 Piastre/Plates MAC CONKEY AGAR

SCADENZA / EXP. DATE 26/06/2016

LOTTO/LOT 2816101618

Test di sterilità / Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:
	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Procedure secondo indicazioni/As per directives:	Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	
	Trasparenza / Transparency	Lievemente opalescente / Slightly opalescent
European Pharmacopoeia (EP)	Colore / Colour	vinaccia / violet-red
	United States USP	pH (20-25°C)
CLSI M22-A3	Microorganismi testati / Tested Microorganisms	Risultati attesi / Expected results
UNI EN ISO 11133	Metodo di semina / Inoculation method	
	Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	
	<i>Escherichia coli</i> * 10 ⁻¹⁰ - 10 ⁻² UFC	ATCC 25922
	<i>Enterobacter aerogenes</i> * 10 ⁻¹⁰ - 10 ⁻² UFC	ATCC 13048
	<i>Proteus mirabilis</i> * 10 ⁻¹⁰ - 10 ⁻² UFC	ATCC 12453
	<i>Salmonella typhimurium</i> * 10 ⁻¹⁰ - 10 ⁻² UFC	ATCC 14028
	<i>Enterobacter faecalis</i> * 10 ⁻⁴ - 10 ⁻⁶ UFC	ATCC 29212
	<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 ⁻⁴ - 10 ⁻⁵ UFC	ATCC 25923
	* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24 hours.	
	Ossevate / Observed	Risultati osservati / Observed results
	Lievemente opalescente / Slightly opalescent	
	vinaccia / violet-red	
	7,08	
		0,96
		0,84
		0,93
		0,92
		5
		4

Test n. 16128

Data controllo

Control date 22/01/16

Il responsabile del controllo / Quality control responsible
Dot. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it