



## Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT / PRODOTTO **B 19363 Piastre/Plates MAC CONKEY AGAR**

SCADENZA / EXP. DATE **26/12/2018**

LOTTO/LOT **2818701119**

Data di produzione / giovedì 19/07/2018

<b>Test di sterilità / Sterility control</b>	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days.	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days.
<b>Test di shock termico / Shock termic test</b>	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C :	conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	<b>Attese / Expected</b>	<b>Osservate / Observed</b>
Trasparenza / Transparency	trasparente / transparent	trasparente / transparent
Colore / Colour	vinaccia / violet-red	vinaccia / violet-red
pH (20-25°C)	7,1 ± 0,2	6,93
<b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b>		
<b>Metodo di semina / Inoculation method</b>		
<b>Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>		
<b>Escherichia coli* 10-102UFC</b>	ATCC 25922	Colonie rosso-rosa ± alone di precipiti / Respink colonies ± precipiti halo >0,7 PR (Productivity Ratio) 0,86
<b>Enterobacter aerogenes* 10-102UFC</b>	ATCC 13048	Colonie rosso-rosa mucose ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo PR (Productivity Ratio) >0,7 0,92
<b>Proteus mirabilis* 10-102UFC</b>	ATCC 12453	crescita no sciamaggio, col. incolori / growth w/o invasion, colorless col. >0,7 PR (Productivity Ratio) 0,99
<b>Salmonella typhimurium* 10-102UFC</b>	ATCC 14028	crescita, colonie incolori / growth, colorless colonies PR (Productivity Ratio) >0,7 0,91
<b>Enterococcus faecalis* 104-106UFC</b>	ATCC 29212	Inibizione totale / Total inhibition SF (Selectivity Factor) >2 4
<b>Staphylococcus aureus* 104-106UFC</b>	ATCC 25923	Inibizione totale / Total inhibition SF (Selectivity Factor) >2 4

\* Semina in superficie (Miles-Mistra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 37 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Mistra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 182017

Data controllo / Control date **23/07/2018**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it