



KIMA



meus



### Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT PRODOTTO **B19366Piastre/Plates MANNITOL SALT AGAR (M.S.A.)**

SCADENZA / EXP. DATE **13/01/2018**

LOTTO/LOT **2817801821**

Data di produzione lunedì 21/08/2017

<b>Test di sterilità Sterility control</b>	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:  Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:  Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
<b>Test di shock termico / Shock thermic test</b>	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:  Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:  Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b> Trasparenza / Transparency Colore / Colour pH (20-25°C)  Microorganismi testati / Tested Microorganisms Metodo di semina / Inoculation method Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	<b>Attese / Expected</b> trasparente / transparent rosso-fucsia / fuchsia-red 7,5 ± 0,2	<b>Osservate / Observed</b> trasparente / transparent rosso-fucsia / fuchsia-red 7,44
	<b>Risultati attesi Expected results</b> Crescita, colonie gialle / Growth, yellow colonies PR (Productivity Ratio) >0,7 Crescita, colonie bianche / Growth, white colonies PR (Productivity Ratio) >0,7 Inibizione totale / Total inhibition Crescita = 0 / Growth = 0 Inibizione totale / Total inhibition Crescita = 0 / Growth = 0	<b>Risultati osservati Observed results</b> Crescita, colonie gialle / Growth, yellow colonies PR (Productivity Ratio) >0,7 Crescita, colonie bianche / Growth, white colonies PR (Productivity Ratio) >0,7 Inibizione totale / Total inhibition Crescita = 0 / Growth = 0 Inibizione totale / Total inhibition Crescita = 0 / Growth = 0	<b>PR or SF</b>  0,92  0,88  0  0

\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 37 °C per 24-48 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24-48 h

Test n. 172597

Data controllo 25/08/2017  
Control date

Il responsabile del controllo / Quality control responsible  
Dot. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it