



Quality control card / Scheda Controllo Qualità
PRODOTTO PRODUCT B193016 Piastre/Plates Agar CIOCCOLATO HAEMOPHILUS SELECTIVE AGAR

SCADENZA / EXP. DATE **20/08/17**
 LOTTO/LOT **2817301613**

Data di produzione lunedì 13/03/17

Test di sterilità / Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days.	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:	
Test di shock termico / Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Attese / Expected	Osservate / Observed
	Trasparenza / Transparency	opalino / opalescent	opalino / opalescent
	Colore / Colour	cioccolato / chocolate	cioccolato / chocolate
	pH (20-25°C)	7,2 ± 0,2	7,09
Microorganismi testati / Tested			
Metodo di semina e incubazione / Inoculation method and incubation		Risultati attesi / Expected results	Risultati osservati / Observed results
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level			
<i>Haemophilus influenzae</i> * 10-102UFC	ATCC 10211	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> * 104-106UFC	ATCC 43069	Inibizione totale / Complete inhibition SF(Selectivity Factor) >2	Inibizione totale / Complete inhibition SF(Selectivity Factor) >2
<i>Streptococcus pneumoniae</i> * 104-106UFC	ATCC 6305	Inibizione totale / Complete inhibition SF(Selectivity Factor) >2	Inibizione totale / Complete inhibition SF(Selectivity Factor) >2

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in CO2 10% a 37°C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and CO2 10% incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 17717

Data controllo 17/03/17
Control date

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dot. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it