



PRODOTTO PRODUCT B194171 Piastre/Plates THAYER MARTIN modificato (VCNT) Agar
SCADENZA / EXP. DATE 29/08/2018 LOTTO/LOT 2818301822

Quality control card / Scheda Controllo Qualità

Data di produzione giovedì 22/03/2018		
Test di sterilità / Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C : Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
Test di sterilità a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI-EN ISO 11133	Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	
Trasparenza / Transparency	opalino / opalescent	
Colore / Colour	cioccolato / chocolate	
pH (20-25°C)	7,2 ± 0,2	
Microorganismi testati / Tested	Risultati attesi / Expected results	
Metodo di semina e incubazione / Inoculation method and incubation	Risultati osservati / Observed results	
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	PR or SF	
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> * 10-102UFC	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	0,95
<i>Neisseria meningitidis</i> * 10-102UFC	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	0,93
<i>Neisseria sicca</i> * 104-106UFC	Inibizione totale /Complete inhibition SF(Selectivity Factor)>2	5
<i>Candida albicans</i> * 104-106UFC	Inibizione totale /Complete inhibition SF(Selectivity Factor)>2	5
<i>Staphylococcus epidermidis</i> * 104-106UFC	Inibizione totale /Complete inhibition SF(Selectivity Factor)>2	6
<i>Escherichia coli</i> * 104-106UFC	Inibizione totale /Complete inhibition SF(Selectivity Factor)>2	6
<i>Proteus mirabilis</i> * 104-106UFC	Inibizione totale /Complete inhibition SF(Selectivity Factor)>2	3

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione in CO2 10% a 37 °C per 24-48 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and CO2 10% incubation at 37°C for 24-48 hours.

Test n. 18735

Data controllo 26/03/2018
Control date

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomens.it