



meus



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT **B19423 Piastre/Plates TRYPTONE SOY AGAR + 5% Sanguine montone (Sheep blood)**
 SCADENZA / EXP. DATE **05/02/2019** LOTTO/LOT **2818111122**

Data di produzione / Date of production: **giovedì 22/11/2018**

Test di sterilità / Sterility control	Testi di sterilità a 22°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 3 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Testi di sterilità a 37°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 3 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance.	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance.	
Test di shock termico / Shock termic test	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance.				
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics					
Trasparenza / Transparency		opalino / opalescent		Attese / Expected	
Colore / Colour		rosso vivo / red		Osservate / Observed	
pH (20-25°C)		7,3 ± 0,2		CONFORME / CONFORM	
Microorganismi testati / Tested					
Metodo di semina e incubazione / Inoculation method and incubation					
Sospensione di inoculo / Inoculum level					
Streptococcus pyogenes* 10-102UFC		ATCC 19615	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	0,98
Streptococcus pneumoniae* 10-102UFC		ATCC 6305	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	1,02
Streptococcus agalactiae* 10-102UFC		ATCC 12386	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	1,01
Staphylococcus aureus* 10-102UFC		ATCC 25923	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	0,99
Enterococcus faecalis* 10-102UFC		ATCC 29212	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	0,98
Escherichia coli* 10-102UFC		ATCC 25922	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	1,01

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in CO2 10% a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and CO2 10% incubation at 37°C for 24 hr

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Test n. **183052**
 Data controllo **26/11/2018**
 Control date

Dot. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCÒ (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it