



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT **B19423 Piastre/Plates TRYPTONE SOY AGAR + 5% Sangue montone (Sheep blood)**
 SCADENZA / EXP. DATE **16/07/2019** LOTTO/LOT **2819501402**

Data di produzione / Production date: giovedì 02/05/2019		
Test di sterilità / Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 3 days. Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C; Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	Caratteristiche fisiche / Physical characteristics Trasparenza / Transparency: opalino / opalescent Colore / Colour: rosso vivo / red pH (20-25°C): 7,3 ± 0,2 Microorganismi testati / Tested Metodo di semina e incubazione / Inoculation method and incubation Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	
	Attese / Expected Osservate / Observed Opalino / Opaque rosso vivo / red CONFORME / CONFORM	
	Risultati attesi / Expected results	
	Risultati osservati / Observed results	
	PR or SF	
	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	1,03
	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	0,99
	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	1,04
	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	1,04
	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	1,04
	Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7	1,00

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in CO2 10% a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and CO2 10% incubation at 37°C for 24 hc

Test n. 184578

Data controllo / Control date
06/05/2019

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dot. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it